



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

**RU.C.34.004.A № 46475**

**Срок действия до 11 мая 2017 г.**

**НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ**  
**Калибраторы токовой петли РЗУ-420**

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
**ООО "Производственное Объединение ОВЕН", г. Москва**

**РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 49877-12**

**ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ**  
**КУВФ.411181.002МП**

**ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 2 года**

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **11 мая 2012 г. № 328**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства



Е.Р.Петросян

"02" ..... 06 ..... 2012 г.

Серия СИ

№ 004640

**Срок действия до 10 марта 2022 г.**

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **10 марта 2017 г. № 504**

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства



С.С. Голубев

..... 2017 г.